



**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE**

Str. Donath 65-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: <http://www.itim-cj.ro>



ERATA

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICA DE „NISE CHIMICE DE LABORATOR”

Nr. invitatie 286726 din 31 martie 2011

“CAIETUL DE SARCINI”

Varianta publicata

2. Suprafata de lucru:

- Dimensiuni minime: 1700 x 750 x 30 (lungime x adancime x grosime);
- Blat ceramic monolit cu grosimea de minimum 30 mm, cu margini profilate antisurgere situat la o inaltime de 850-900 mm;
- Blatul va fi rezistent la acizi si baze tari (cerinta se documenteaza prin „Raport/Certificat de incercare efectuat de un laborator acreditat);
- Dotata cu 2 chiuvete ceramice inserate in blat in partea dreapta si stanga cu dimensiunile minime: 250x10 x100 0mm.

Varianta corecta

2. Suprafata de lucru:

- Dimensiuni minime: 1700 x 750 x 30 (lungime x adancime x grosime);
- Blat ceramic monolit cu grosimea de minimum 30 mm, cu margini profilate antisurgere situat la o inaltime de 850-900 mm;
- Blatul va fi rezistent la acizi si baze tari (cerinta se documenteaza prin „Raport/Certificat de incercare efectuat de un laborator acreditat);
- Dotata cu 2 chiuvete ceramice inserate in blat in partea dreapta si stanga cu dimensiunile minime: 250x100x100 mm.

**Aprobat,
Director General
Dr. Ing. Adrian Bot**