




**INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE**

Str. Donath 65-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: <http://www.itim-cj.ro>



Nr. 2646/30.08.2011

Director General,
Dr. Ing. Adrian BOT



CLARIFICARI

**Denumirea achizitiei: INSTALATIE DE DISTILARE CU BANDA DE
TEFLON ROTITOARE**

Cod CPV: 42910000-8

Nr. invitatie de participare: 308801 din 8 august 2011

Intrebarea 1: Se accepta „utilizarea coloanei de separare tip SPALTROHR care are are ca baza modelul concentric cilindric” ?

Raspunsul 1: NU.

Se doreste achizitia unei instalatii de distilare „cu banda rotitoare de teflon” destinata unui laborator de analize izotopice in care se vor acredita metode de analiza conform cerintelor europene, acestea specificand foarte clar tipul de echipamente ce pot fi utilizate.

Prin utilizarea benzii rotitoare de teflon, se evita fractionarea izotopica D/H, fractionare care afecteaza calitatea etanolului extras in prepararea de probe pentru masuratori RMN pe deuteriu la nivelul ppm.

Intrebarea 2: Va rugam sa precizati daca acceptati prezentarea certificatului ISO 900:2008 doar din partea ofertantului ?

Raspunsul 2: DA.

Intrebarea 3: Va rogam sa precizati daca se accepta cu termen de garantie de 12 luni de la data punerii in functiune ?

Raspunsul 3: DA.

Director tehnic,
Ing. Gabriel POPENECIU

Responsabil proiect
Dr. Adrian PARNAU

Sef Comp. Achizitii
Ing. Dumitru CHINCISAN